

عنوان آزمایش : Anti TTG (IgG)

عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : 18040

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1398/01/18

کنترل مثبت

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
73.545	69.5	65.455	61.41	57.365	53.32	49.275	4.045	6.588

تاریخ	مقدار
14/04/1400	62.7
20/04/1400	68.5

تاریخ	مقدار
07/04/1400	69.2
09/04/1400	61.2

تاریخ	مقدار
02/04/1400	64.2
05/04/1400	59.8

Mean: 64.267	SD: 3.849	CV%: 5.989
--------------	-----------	------------

