

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgG  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
سری ساخت : ۱۸۰۴۰  
۱۳۹۸/۰۱/۱۸:

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۶۷	۴.۷۳۴	۴۷.۴۱۸	۵۲.۱۴۲	۵۶.۸۶۶	۶۱.۵۹	۶۶.۳۱۴	۷۱.۰۳۸	۷۵.۷۶۲

مقدار	تاریخ
۶۹.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۶۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۴

مقدار	تاریخ
۵۸.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲

CV%: 8.838	SD: 5.662	Mean: 64.067
------------	-----------	--------------

