

عنوان کنترل : کنترل مثبت
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

سری ساخت : ۲۱۱۸۵

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgG
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۰۷	۵.۹۷۹	۳۶.۰۷	۴۲.۰۴۹	۴۸.۰۲۸	۵۴.۰۰۷	۵۹.۹۸۶	۶۵.۹۶۵	۷۱.۹۴۴

مقدار	تاریخ
۵۱.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۵۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۵۸.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۰.۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۶۳.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۵۶.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۵۹.۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۴۹.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۶.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۵۵.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۲.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 7.668	SD: 4.23	Mean: 55.164
------------	----------	--------------

