

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل مثبت  
شروع کنترل  
۱۳۹۸/۰۱/۱۸:

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgG  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : ۱۸۰۴۰

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۱۰.۸۰۱	۶.۲۲۳	۲۸.۹۴۸	۴۵.۱۷۱	۵۱.۳۹۴	۵۷.۶۱۷	۶۳.۸۴	۷۰.۰۶۳	۷۶.۲۸۶

مقدار	تاریخ
۶۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۵۴.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۵۹.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۶۳.۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۵۶.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۶۷.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۶۳.۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۶۰.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۵۹.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۶۷.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۶۵.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 7.666	SD: 4.764	Mean: 62.15
------------	-----------	-------------

