

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل مثبت
 شروع کنترل
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸:

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgG
 الایزایدر : عنوان دستگاه
 سری ساخت : ۱۸۰۴۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۵۰۸	۶.۶۳۷	۳۷.۷۶۶	۴۴.۴۰۳	۵۱.۰۴	۵۷.۶۷۷	۶۴.۳۱۴	۷۰.۹۵۱	۷۷.۵۸۸

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۶۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۵۵.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۵۷.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۶۴.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۶۵.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۶۳.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۶۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۵۹.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 9.078	SD: 5.38	Mean: 59.258
------------	----------	--------------

