

Internal Control

Anti jo-1 Ab	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ اسفند ۱۲	سه شنبه ۱۲	تاریخ :
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN		کیت :
EUROIMMUN	: شرکت سازنده	EUROIMMUN		شرکت سازنده :
E190823BO	: سری ساخت	E190823BO		سری ساخت :
/۱۰/۲۰۲۰	: تاریخ انقضاء	/۱۰/۲۰۲۰		تاریخ انقضاء :
	: مرجع CV مجاز	۳.۶		CV مجاز :
۸۷	: حد پایین	۱۳۱		حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۶.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۶.۷	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۷.۳	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۹.۲	OK	

CV : 1.28