

Internal Control

Anti jo-1 Ab	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ اسفند ۱۲	سه شنبه ۱۲	تاریخ :
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN		کیت :
EUROIMMUN	: شرکت سازنده	EUROIMMUN		شرکت سازنده :
E190823BO	: سری ساخت	E190823BO		سری ساخت :
/۱۰/۲۰۲۰	: تاریخ انقضاء	/۱۰/۲۰۲۰		تاریخ انقضاء :
	: مرجع CV مجاز	۲.۶		CV مجاز :
۸۷	: حد پایین	۱۳۱		حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۵.۱	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۵	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۱	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۹۷.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۱	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۲۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۴	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۳	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۲.۵	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۹۹.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۹۹	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۲۵

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۴.۳	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۸	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۲.۵	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۴.۸	OK	
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۶.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۶.۷	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۰	OK	

CV : 3.477