

Internal Control

Anti jo-1 Ab	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ اسفند ۱۲	سه شنبه ۱۲	تاریخ :
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN		کیت :
EUROIMMUN	: شرکت سازنده	EUROIMMUN		شرکت سازنده :
E190823BO	: سری ساخت	E190823BO		سری ساخت :
/۱۰/۲۰۲۰	: تاریخ انقضاء	/۱۰/۲۰۲۰		تاریخ انقضاء :
	: مرجع CV مجاز	۳.۶		CV مجاز :
۸۷	: حد پایین	۱۳۱		حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۱.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۷.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۹/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۱.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۹.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۷.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۱	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۵.۱	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۵	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۱	OK	

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۰.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۱	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۲۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۴	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۳	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۲.۵	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۹۹.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۴.۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۹۹	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۲۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۴.۳	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۸.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	آتنا پرویسی (۷۲۱)	۱۰۲.۵	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۴.۸	OK	
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۶.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۶.۷	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۰	OK	

CV : 3.514