

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیئاچي ۹۱۷
عنوان کنترل : عنوان کنترل : سری ساخت : BP223
کنترل پاتولوژیک : شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۵۶۳	۰,۷۰۳	۶,۱۰۵	۶,۸۰۸	۷,۵۱۱	۸,۲۱۴	۸,۹۱۷	۹,۶۲	۱۰,۳۲۳

مقدار	تاریخ
۷,۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۶,۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۸,۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۸,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 10.587	SD: 0.853	Mean: 8.06
-------------	-----------	------------

