

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۷۲۸	۰,۷۰۵	۵,۹۶۸	۶,۶۷۳	۷,۳۷۸	۸,۰۸۳	۸,۷۸۸	۹,۴۹۳	۱۰,۱۹۸

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۸,۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۸,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۸,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۷,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۷,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۸,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۸,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۸,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۸,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳

CV%: 5.065	SD: 0.418	Mean: 8.255
------------	-----------	-------------

