

Tumor marker I : عنوان کنترل : CA-125 : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ : ۷۰۵۸۲۷ : سری ساخت : ۶۰۰۰ : کوباس : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷	۲,۲	۲۵	۲۷,۲	۲۹,۴	۳۱,۶	۳۳,۸	۳۶	۳۸,۲

مقدار	تاریخ
۳۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۳۱,۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۳۱,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۳۱,۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳

مقدار	تاریخ
۲۹,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۹,۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۲۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۳۱,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۳۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۲,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۳۱,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۹,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۲۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۳۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹

CV%: 3.789	SD: 1.193	Mean: 31.479
------------	-----------	--------------

