

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : .

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۸۵۸	۵,۵۱۴	۵۳,۶۲۸	۵۹,۱۴۲	۶۴,۶۵۶	۷۰,۱۷	۷۵,۶۸۴	۸۱,۱۹۸	۸۶,۷۱۲

مقدار	تاریخ
۶۶,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۶۷,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۶۷,۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۷۴,۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۵,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۶۵,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۶۷,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۷۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۶۹,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۶۶,۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۶۷,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۷۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 4.509	SD: 3.108	Mean: 68.921
------------	-----------	--------------

