

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۵۴۸	۳۸,۳۸۹	۲۸۶,۹	۳۲۵,۲۸۹	۳۶۳,۶۷۸	۴۰۲,۰۶۷	۴۴۰,۴۵۶	۴۷۸,۸۴۵	۵۱۷,۲۳۴

مقدار	تاریخ
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

CV%: 8.067	SD: 31.46	Mean: 390
------------	-----------	-----------

