

Tumor marker I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CA 19-9 : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۷۰۵۸۲۷

کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۸	۱,۴۶۷	۱۱,۷۹۹	۱۳,۲۶۶	۱۴,۷۳۳	۱۶,۲	۱۷,۶۶۷	۱۹,۱۳۴	۲۰,۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۱۹,۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۴,۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۵,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۱۸,۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۱۷,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۱۸,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۷,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۷,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۱۹,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۱۴,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۸,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۱۷,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹

CV%: 8.867	SD: 1.558	Mean: 17.568
------------	-----------	--------------

