

Permium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۱۹۹	۲,۷۷۳	۷۸,۳۷۱	۸۱,۱۴۴	۸۳,۹۱۷	۸۶,۶۹	۸۹,۴۶۳	۹۲,۲۳۶	۹۵,۰۰۹

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

CV%: 2.924	SD: 2.504	Mean: 85.625
------------	-----------	--------------

