

Multichem-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۴۲۹	۰,۱۳۶	۲,۰۹۸	۲,۲۳۴	۲,۳۷	۲,۵۰۶	۲,۶۴۲	۲,۷۷۸	۲,۹۱۴

مقدار	تاریخ
۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲,۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۲,۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۲,۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲,۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲,۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۲,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲,۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲,۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲,۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 6.516	SD: 0.166	Mean: 2.542
------------	-----------	-------------

