

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)

عنوان دستگاه : LIAISON

سری ساخت : ۱۶۵۰۱۹۰

عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

cmv igg2

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
94.902	87.567	80.232	72.897	65.562	58.227	50.892	7.335	10.063

تاریخ	مقدار
28/01/1403	65.7
29/01/1403	66

تاریخ	مقدار
18/01/1403	55.4
19/01/1403	64.5
20/01/1403	61.9
26/01/1403	80
27/01/1403	68.9

تاریخ	مقدار
07/01/1403	70.4
08/01/1403	76
11/01/1403	55.4
14/01/1403	70.4
15/01/1403	73

Mean: 67.3	SD: 7.482	CV%: 11.117
------------	-----------	-------------

