

عنوان کنترل : cmv igg2
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

سری ساخت : ۱۶۵۰۱۹۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG
عنوان دستگاه : LIAISON

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۸۱	۶,۶	۴۷,۴۸	۵۴,۰۸	۶۰,۶۸	۶۷,۲۸	۷۳,۸۸	۸۰,۴۸	۸۷,۰۸

مقدار	تاریخ
۶۹,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۷۴,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۱,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۵۳,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۶۰,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۶۱,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۶۲,۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۶۶,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۶,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۶۴,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۷۳,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۷۷,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 10.69	SD: 6.84	Mean: 63.989
------------	----------	--------------

