

LIASON CON : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM  
عنوان دستگاه : LIAISON  
سری ساخت : ۳۱۰۷۵۶

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰,۷۹۵	۳,۷۲۶	۲۳,۳۳۸	۲۷,۰۶۴	۳۰,۷۹	۳۴,۵۱۶	۳۸,۲۴۲	۴۱,۹۶۸	۴۵,۶۹۴

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۳۴,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۳۴,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۳۵,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۴۵,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۳۶,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۳۹,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳۸,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۳۷,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۳۱,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸

CV%: 10.755	SD: 3.989	Mean: 37.09
-------------	-----------	-------------

