

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۷۶۷	۰.۵۷۵	۴.۸۳۵	۵.۴۱	۵.۹۸۵	۶.۵۶	۷.۱۳۵	۷.۷۱	۸.۲۸۵

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۵.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۶.۷	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۸.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۶.۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۶.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۷.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 7.786	SD: 0.527	Mean: 6.765
------------	-----------	-------------

