

عنوان آزمایش : Carbamazepin

عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/02/29

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
7.875	7.354	6.833	6.312	5.791	5.27	4.749	0.521	8.249

تاریخ	مقدار
29/04/1400	6.5

تاریخ	مقدار
21/04/1400	7.2
23/04/1400	6.5
26/04/1400	6.1
28/04/1400	7.1

تاریخ	مقدار
08/04/1400	5.4
09/04/1400	6.8
13/04/1400	6
14/04/1400	5.7

Mean: 6.367	SD: 0.616	CV%: 9.682
-------------	-----------	------------

