

عنوان آزمایش : Carbamazepin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹  
عنوان کنترل : پولد سرم


%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۷.۹۱۲	۰.۵۰۹	۴.۹	۵.۴۰۹	۵.۹۱۸	۶.۴۳۷	۶.۹۳۶	۷.۴۴۵	۷.۹۵۴

مقدار	تاریخ
۵.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۶.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۷.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۵.۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۶.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۷.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۷.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۶.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶.۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 8.125	SD: 0.513	Mean: 6.319
------------	-----------	-------------



22