

عنوان آزمایش : Ethosuximide
عنوان دستگاه : GC
عنوان کنترل : عنوان کنترل
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۵۹	۲.۵۳۲	۶۲.۹۵۴	۶۵.۴۸۶	۶۸.۰۱۸	۷۰.۵۵	۷۳.۰۸۲	۷۵.۶۱۴	۷۸.۱۴۶

مقدار	تاریخ
۶۹.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۷۳.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷۳.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۷۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۷۰.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۸.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۷۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۶۷.۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۷۱.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۷۱.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۶۹.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۰.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۶۸.۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۷۰.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۶۹.۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۷۰.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۶۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۷۱.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۲.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۱.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

CV%: 1.923	SD: 1.358	Mean: 70.633
------------	-----------	--------------

