

عنوان آزمایش : Carbamazepin  
عنوان دستگاه : hplc  
عنوان کنترل : پولد سرم  
سری ساخت : ۰۱  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۶	۰.۲۹۶	۵.۵۴۲	۵.۸۳۸	۶.۱۳۴	۶.۴۳	۶.۷۳۶	۷.۰۲۲	۷.۳۱۸

مقدار	تاریخ
۶.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۶.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۶.۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۶.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۶.۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۶.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۶.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۶.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۵.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۶.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶

CV%: 4.805	SD: 0.309	Mean: 6.423
------------	-----------	-------------

