

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۴۵	۰,۴۶۷	۶,۴۴۹	۶,۹۱۶	۷,۳۸۳	۷,۸۵	۸,۳۱۷	۸,۷۸۴	۹,۲۵۱

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۷,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۸,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۷,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۷,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۷,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۷,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۸,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۷,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۷,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۸,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۶,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۷,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۷,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 5.401	SD: 0.412	Mean: 7.632
------------	-----------	-------------

