

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

سری ساخت: ۱۲۳

عنوان آزمایش : Carbamazepin  
عنوان دستگاه : hplc

| %CV    | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۱,۴۱۶ | ۰,۴۵۶ | ۲,۶۲۵             | ۳,۰۸۱             | ۳,۵۳۷             | ۳,۹۹۳ | ۴,۴۴۹           | ۴,۹۰۵           | ۵,۳۶۱           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴,۲   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
| ۳,۸   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
| ۴,۳   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
| ۴,۶   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
| ۳,۶   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
| ۴,۱   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
| ۳,۴   | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳,۴   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
| ۳,۹   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
| ۴,۱   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
| ۴,۳   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
| ۳,۹   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
| ۴,۱   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
| ۳,۸   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳,۳   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
| ۴,۴   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
| ۳,۹   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
| ۴,۵   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
| ۳,۷   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
| ۳,۹   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
| ۳,۶   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
| ۳,۵   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| CV%: 10.234 | SD: 0.405 | Mean: 3.961 |
|-------------|-----------|-------------|

