

عنوان آزمایش : Carbamazepin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۸۸۷	۰.۲۳۹	۵.۴۳۶	۵.۶۶۵	۵.۹۰۴	۶.۱۴۳	۶.۳۸۲	۶.۶۲۱	۶.۸۶

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۶.۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۶.۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۶.۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵

مقدار	تاریخ
۶.۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۶.۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۶.۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۶.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

CV%: 2.163	SD: 0.135	Mean: 6.229
------------	-----------	-------------



22