

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

سری ساخت: ۱۲۳

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۳۷۱	۰,۴۵۹	۲,۶۶	۳,۱۱۹	۳,۵۷۸	۴,۰۳۷	۴,۴۹۶	۴,۹۵۵	۵,۴۱۴

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۳,۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۴,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 11.717	SD: 0.451	Mean: 3.85
-------------	-----------	------------

