

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۱/۰۱:

سری ساخت : ۱۰-۱۳۹۹

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₂ |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۷۵ | ۰.۳۱۸ | ۷.۰۵۱ | ۷.۳۶۹ | ۷.۶۸۷ | ۸.۰۰۵ | ۸.۳۳۳ | ۸.۶۴۱ | ۸.۹۵۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۷.۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
| ۸.۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
| ۸.۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
| ۷.۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
| ۷.۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
| ۷.۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
| ۷.۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
| ۸.۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
| ۷.۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
| ۸.۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
| ۸.۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
| ۸.۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
| ۷.۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
| ۷.۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۷.۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
| ۸.۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
| ۷.۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
| ۷.۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
| ۷.۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
| ۷.۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
| ۷.۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
| ۷.۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |

| | | |
|------------|----------|-------------|
| CV%: 4.858 | SD: 0.38 | Mean: 7.832 |
|------------|----------|-------------|