

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : /۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵.۹۶۹	۱.۳۱۹	۱۸.۱۳۳	۱۹.۴۵۲	۲۰.۷۷۱	۲۲.۰۹	۲۳.۴۰۹	۲۴.۷۲۸	۲۶.۰۴۷

مقدار	تاریخ
۲۲.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۴.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۹.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۱.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۲۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۲۰.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۲۱.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲۲.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۲۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۲.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲۲.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۰.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۳.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۳.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۲۲.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۲۰.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

CV%: 6.246	SD: 1.361	Mean: 21.795
------------	-----------	--------------

