

عنوان آزمایش : (Aldosterone upright) الیزاریدر
عنوان دستگاه : سری ساخت : ۵۸۳۸
عنوان کنترل : کنترل B
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۱۲/۲۳:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۴.۷	۱۵۶.۸۶۷	۹۵۵.۴۹۹	۱۱۱۲.۳۶	۱۲۶۹.۲۳	۱۴۲۶.۱	۱۵۸۲.۹۶	۱۷۳۹.۸۳	۱۸۹۶.۷۰
			۶	۳		۷	۴	۱

مقدار	تاریخ
۱۵۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۳۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۵۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۵۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۸۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۵۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۷۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۴۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۴۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۴۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۵۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۷۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۶۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۵۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۵۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۷۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۲۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۴۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۵۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۴۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۳۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۴۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

CV%: 10.071	SD: 152.777	Mean: 1516.96
-------------	-------------	---------------

