

عنوان آزمایش : (Renin (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : /۴۴۷۰
عنوان کنترل : کنترل II
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۶	۷.۲	۸۶.۵	۹۳.۷	۱۰۰.۹	۱۰۸.۱	۱۱۵.۳	۱۲۲.۵	۱۲۹.۷

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵

CV%: 6.687	SD: 7.289	Mean: 109
------------	-----------	-----------

