

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۳/۲۲:

عنوان آزمایش : Troponin I  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : /-UD00۳۸۳۰۵

| %CV | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۳ | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۱۱             | ۰.۰۱۴             | ۰.۰۱۷             | ۰.۰۲ | ۰.۰۲۳           | ۰.۰۲۶           | ۰.۰۲۹           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
| ۰.۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
| ۰.۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
| ۰.۰۲  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
| ۰.۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| ۰.۰۲  | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| ۰.۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
| ۰.۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
| ۰.۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
| ۰.۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
| ۰.۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 7.815 | SD: 0.002 | Mean: 0.023 |
|------------|-----------|-------------|

