

عنوان کنترل : percicon-3  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۹/۲۶:

سری ساخت : ۳۴۲۶۳۹

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۴.۴	۱۲۷	۸۸۹	۱۰۱۶	۱۱۴۳	۱۲۷۰	۱۳۹۷	۱۵۲۴	۱۶۵۱

مقدار	تاریخ
۱۱۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۱۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۹۷۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۱۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۰۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۹۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۳۷۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۱۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹

CV%: 8.873	SD: 97.432	Mean: 1098.1
------------	------------	--------------

