

عنوان کنترل : perci con-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۸/۱۸:

سری ساخت : ۴۶۱۹۷۳

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۷.۵	۹.۶۵	۶۷.۱	۷۶.۷۵	۸۶.۴	۹۶.۰۵	۱۰۵.۷	۱۱۵.۳۵	۱۲۵

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۱۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۱۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۱۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۰۴.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۷

CV%: 8.45	SD: 9.219	Mean: 109.1
-----------	-----------	-------------

