

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA
عنوان دستگاه : e411
سری ساخت : ۶۰۰۱۲۲۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
عنوان کنترل : perci con-2

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۷۸۶	۲۱,۳۰۷	۲۵۰,۰۷۹	۲۷۱,۳۸۶	۲۹۲,۶۹۳	۳۱۴	۳۳۵,۳۰۷	۳۵۶,۶۱۴	۳۷۷,۹۲۱

مقدار	تاریخ
۳۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۳۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۳۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 5.176	SD: 17.136	Mean: 331.1
------------	------------	-------------

