

percicon-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سری ساخت : ۶۰۰۱۲۲۰۱

Cyclosporine -ECLIA : عنوان آزمایش :
e411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴	۹۵	۶۶۵	۷۶۰	۸۵۵	۹۵۰	۱۰۴۵	۱۱۴۰	۱۲۳۵

مقدار	تاریخ
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 3.301	SD: 31.819	Mean: 963.778
------------	------------	---------------

