

عنوان کنترل : abbot I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۲۲۱۱۲۰۱

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۲	۱۴.۰۸۳	۶۳.۵۰۱	۷۷.۵۸۴	۹۱.۶۶۷	۱۰۵.۷۵	۱۱۹.۸۳۳	۱۳۳.۹۱۶	۱۴۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۱۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۱۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۸۰.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۰۷.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۱۶.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۱۳.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۱۹.۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

CV%: 8.359	SD: 8.981	Mean: 107.433
------------	-----------	---------------

