

عنوان کنترل : abbot I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۲۳۱۱۲۰۱

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۳۲۷	۹.۲۰۱	۸۲.۸۹۷	۹۲.۰۹۸	۱۰۱.۳۹۹	۱۱۰.۵	۱۱۹.۷۰۱	۱۲۸.۹۰۲	۱۲۸.۱۰۳

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۴

CV%: 5.717	SD: 6.907	Mean: 120.8
------------	-----------	-------------

