

percicon-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سری ساخت : ۶۰۰۱۲۲۰۱

Cyclosporine -ECLIA : عنوان آزمایش :
e411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۳۳	۳۳,۶۲۹	۸۵۰,۹۳۱	۸۸۴,۵۶	۹۱۸,۱۸۹	۹۵۱,۸۱۸	۹۸۵,۴۴۷	۱۰۱۹,۰۷۶	۱۰۵۲,۷۰۵

مقدار	تاریخ
۹۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۵۸,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۹۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۹۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۹۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۱۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 4.746	SD: 45.138	Mean: 951.133
------------	------------	---------------

