

عنوان کنترل : abbot II
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

سری ساخت : ۰۱۶۰۶۱۸۱

عنوان آزمایش : Cyclosporine
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹.۶	۴۸.۵	۲۱۸	۲۶۶.۵	۳۱۵	۳۶۳.۵	۴۱۲	۴۶۰.۵	۵۰۹

مقدار	تاریخ
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۳۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۴۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۳۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۴۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲

مقدار	تاریخ
۳۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۴۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۴۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۴۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۳۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۴۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۵۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۴۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳

CV%: 7.665	SD: 32.066	Mean: 418.32
------------	------------	--------------

