

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

DHEA S04 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۳۷	۱۰,۱۷۲	۱۹۳,۶۸۴	۲۰۳,۸۵۶	۲۱۴,۰۲۸	۲۲۴,۲	۲۳۴,۳۷۲	۲۴۴,۵۴۴	۲۵۴,۷۱۶

مقدار	تاریخ
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 4.516	SD: 10.216	Mean: 226.227
------------	------------	---------------

