

HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

DHT : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :
سری ساخت : CS3006

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۱۴	۱۳,۹۶۵	۳۹۲,۶۰۵	۴۰۶,۵۷	۴۲۰,۵۳۵	۴۳۴,۵	۴۴۸,۴۶۵	۴۶۲,۴۳	۴۷۶,۳۹۵

مقدار	تاریخ
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷

CV%: 4.229	SD: 18.101	Mean: 428.062
------------	------------	---------------

