

عنوان آزمایش : Digoxin-CLIA

عنوان دستگاه : COBAS E411 40383 : سری ساخت -/

عنوان کنترل :

شروع کنترل: 1400/06/18

biograd III

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.307	4.027	3.747	3.467	3.187	2.907	2.627	0.28	8.072

تاریخ	مقدار
29/10/1400	3.8

تاریخ	مقدار
27/10/1400	3.5
28/10/1400	3.5

تاریخ	مقدار
23/10/1400	3.7
25/10/1400	3.8

Mean: 3.66	SD: 0.152	CV%: 4.144
------------	-----------	------------

