

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

سری ساخت : ۴۰۳۶۲

Digoxin-CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۰۸۲	۰.۰۶۹	۲.۰۳۵	۲.۱۰۴	۲.۱۷۳	۲.۲۴۲	۲.۳۱۱	۲.۳۸	۲.۴۴۹

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲.۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲.۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲.۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲.۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲.۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲.۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲.۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲.۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲.۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲.۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲.۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲.۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲.۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲.۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 2.9	SD: 0.066	Mean: 2.27
----------	-----------	------------

