

عنوان آزمایش : Digoxin-CLIA

عنوان دستگاه : simense

سری ساخت : 40362

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1398/12/11

biorad II

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
2.462	2.397	2.332	2.267	2.202	2.137	2.072	0.065	2.867

تاریخ	مقدار
25/03/1400	2.26
26/03/1400	2.3
27/03/1400	2.3
29/03/1400	2.2
30/03/1400	2.13
31/03/1400	2.3

تاریخ	مقدار
11/03/1400	2.32
12/03/1400	2.2
13/03/1400	2.28
17/03/1400	2.31
19/03/1400	2.3
20/03/1400	2.3
22/03/1400	2.4
23/03/1400	2.28
24/03/1400	2.3

تاریخ	مقدار
01/03/1400	2.14
02/03/1400	2.3
03/03/1400	2.32
04/03/1400	2.35
05/03/1400	2.3
06/03/1400	2.22
08/03/1400	2.22
09/03/1400	2.3
10/03/1400	2.31

Mean: 2.277	SD: 0.063	CV%: 2.75
-------------	-----------	-----------

