

عنوان آزمایش : Digoxin
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : biorad III
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
سری ساخت : -/۴۰۲۸۳

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۳۷۶	۰.۱۲۶	۳.۳۶۵	۳.۴۹۱	۳.۶۱۷	۳.۷۴۳	۳.۸۶۹	۳.۹۹۵	۴.۱۲۱

مقدار		تاریخ		
۳.۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	
CV%: 3.822		SD: 0.141		Mean: 3.7

