

عنوان آزمایش : Digoxin
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : biorad III
سری ساخت : -/۴۰۲۸۳
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۲۹	۰.۱۲۴	۲.۲۸۵	۲.۵۰۹	۲.۶۲۳	۲.۷۵۷	۲.۸۸۱	۴.۰۰۵	۴.۱۲۹

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷

CV%: 4.055	SD: 0.153	Mean: 3.767
------------	-----------	-------------

