

Cardia II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سری ساخت : ۵۱۹۸۲۲۹۹

Digoxin : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۹.۷	۰.۲۳۳	۲.۲۰۱	۲.۴۳۴	۲.۶۶۷	۲.۹	۲.۱۳۳	۳.۲۶۶	۳.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲.۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳.۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲.۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶

CV%: 11.256	SD: 0.313	Mean: 2.782
-------------	-----------	-------------

