

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

سری ساخت : ۴۰۳۶۲

Digoxin-CLIA

: عنوان آزمایش :

simense

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۳۰۳	۰.۰۹۵	۱.۹۱۲	۲.۰۰۷	۲.۱۰۲	۲.۱۹۷	۲.۲۹۲	۲.۲۸۷	۲.۴۸۲

مقدار	تاریخ
۲.۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲.۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲.۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۲.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲.۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲.۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۲.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲.۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲.۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱.۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲.۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۲.۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲.۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 4.315	SD: 0.096	Mean: 2.235
------------	-----------	-------------